

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-02-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Gminy Ujazd na :

**Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych oraz nagród w konkursach w ramach projektu „Woda źródłem życia – program z zakresu edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.**

**Pytanie nr 1 :**

Dotyczy zadania 5 - Mikroskop

Zwracam się z pytaniem odnośnie mikroskopu, który Państwo wpisali w specyfikacji jako przykładowy: Mikroskop Cyfrowy Levenhuk DTX 500 LCD, w wymaganiach produktu umieścili Państwo parametr: powiększenie, x: min. 20x –max.1600x

Otóż mikroskop ten posiada maksymalne powiększenie 20-500x

Czy w związku z tym jest to błąd pisarski czy faktycznie ten mikroskop ma posiadać takie powiększenie?

**Odpowiedź :**

Zamawiający, informuje iż dopuszcza mikroskop o maksymalnym powiększeniu 20-500x. Ponadto, Zamawiający nadmienia, że dopuszcza również mikroskop o parametrach wyższych.

Informujemy, że stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano zaproszenie do składania ofert oraz zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.ujazd.bip.cc](http://www.ujazd.bip.cc) Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma za pośrednictwem faksu na nr (44) 719-21-23 w. 47. mail: [inwestycje@ujazd.com.pl](mailto:inwestycje@ujazd.com.pl)

Zamawiający  
**WOJTA GMINY**  
*Artur Pawlak*



**GMINA UJAZD**  
REALIZATOR PROJEKTU